



ที่ นศ.๗๕๑๐๒/๓๔๓

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
๘๐๑๓๐

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ตอบข้อวิจารณ์ร่างประกาศ TOR

เรียน กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีดับเบิลอี ซัพพลาย (สำนักงานใหญ่)

อ้างถึง ๑. ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หนังสือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีดับเบิลอี ซัพพลาย (สำนักงานใหญ่) เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะรถพยาบาล (รถตู้)

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีดับเบิลอี ซัพพลาย (สำนักงานใหญ่) ได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการตอบข้อวิจารณ์เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๗๕๙๒๘๔



นศร ๘๖๓๔ อารยธรรม
นครศรีธรรมราช

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

เอกสารชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างประกาศคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางประกวดราคาจัดซื้อ
จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้ความสนใจในการเสนอแนะคำ
วิจารณ์และแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐
ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง อำเภอ
ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้นำร่างเอกสารประกวดราคาฯ ประกาศ
ระหว่าง วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๙ โดยได้รับหนังสือจากทางหุ้นส่วนจำกัด บิ๊ตบิ๊ตอ
ซิฟฟลาย (สำนักงานใหญ่) มีประเด็นการเสนอแนะคำวิจารณ์ และความเห็นของร่างขอบเขต ดังนี้

ข้อวิจารณ์ที่ ๑

คำขอวิจารณ์ หมวด ก

๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑.๒๙ ติดตั้งเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๒๙.๕ Hepa Filter ตัวเนื้อกรองทำมาจาก Eptfe โดยมี Hot Melt เป็นตัวคั่นระหว่าง
Pleated กรอบทำมาจาก Aluminum ตัว Hepa Filter มีประสิทธิภาพระดับ ๙๙.๙๙% หรือ H๑๔ ตาม
มาตรฐาน EN๑๘๒๒:๒๐๐๙ โดยแนบหลักฐานในวันเสนอราคา

ข้อเสนอแนะ : เห็นควรเปลี่ยน มีประสิทธิภาพระดับ ๙๙.๙๙% เป็น ๙๙.๙๙๙%

ข้อวิจารณ์ที่ ๒

อุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์

อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถพยาบาลที่มีใช้ทางการแพทย์

๓.๑๒ กระเป๋าพยาบาลชนิดสะพายพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบาดแผล

ข้อเสนอแนะ : เห็นควรตัดข้อนี้ออก เพราะไปซ้ำกับ หมวด (ข) ข้อ ๑.๑๒

ข้อวิจารณ์ที่ ๓

หมวด (ข) คุณสมบัติของครุภัณฑ์การแพทย์ และเงื่อนไขเฉพาะ

๑.๑๐ ชุดเฝือกลม (Vacuum splint set) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑๐.๑ เป็นเฝือกแบบใช้ระบบสุญญากาศ โดยใช้วิธีการรูดออกเพื่อให้เฝือกแข็งตัว

๑.๑๐.๒ มีสายรัด เพื่อรัดให้เกิดความกระชับกับอวัยวะผู้บาดเจ็บ สามารถถอดล้างทำ
ความสะอาดได้

๑.๑๐.๓ ระบบมีวาล์วเปิด-ปิดอากาศเข้า-ออก

๑.๑๐.๔ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ (Transparent)

๑.๑๐.๕ ในแต่ละชุด ประกอบด้วยเฝือกขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่

๑.๑๐.๖ มีที่สุบลมทำจากวัสดุ Aluminum ไม่ชำรุดแตกง่าย และเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกับตัวเปลือก

๑.๑๐.๗ ตัวเปลือกขนาดเล็กมีลักษณะเป็นรูปตัว T เพื่อสะดวกเมื่อใช้สำหรับงอให้เข้ารูปทรงตามข้อศอกหรือข้อเท้าหรือข้อมือภายในเปลือกขนาดกลางและขนาดใหญ่แบ่งภายในออกเป็นช่องตามยาวไม่น้อยกว่า ๓ ช่องเพื่อป้องกันเม็ดโฟมไหลมารวมกัน

ข้อเสนอแนะ : เห็นควรตัดข้อ ๑.๑๐.๗ ออกเพื่อเป็นการมิให้กีดกัน ควรระบุให้เปิดกว้างเพื่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม สมควรพิมพ์รายละเอียดดังนี้

๑.๑๐.๑ ชุดเปลือกลม (Vacuum splint set) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑๐.๑ เป็นเปลือกแบบใช้ระบบสุญญากาศ โดยใช้วิธีการสูบลมออกเพื่อให้

๑.๑๐.๒ มีสายรัด เพื่อรัดให้เกิดความกระชับกับอวัยวะผู้บาดเจ็บ สามารถถอดล้าง ทำความสะอาดได้

๑.๑๐.๓ ระบบมีวาล์วเปิด-ปิดอากาศเข้า-ออก

๑.๑๐.๔ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ (Transparent)

๑.๑๐.๕ ในแต่ละชุด ประกอบด้วยเปลือกขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่

๑.๑๐.๖ มีที่สุบลมเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกับตัวเปลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีมติเห็นชอบปรับปรุงร่าง TOR ดังนี้

คำชี้แจง จากข้อวิจารณ์ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการฯ ได้ทำการพิจารณาทบทวนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าว และขอชี้แจงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีมติเห็นชอบปรับปรุงร่าง TOR ดังนี้

ข้อที่ ๑

จากเดิม

๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑.๒๔ ติดตั้งเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๒๔.๕ Hepa Filter ตัวเนื้อกรองทำมาจาก Eptfe โดยมี Hot Melt เป็นตัวคั่นระหว่าง Pleated กรอบทำมาจาก Aluminum ตัว Hepa Filter มีประสิทธิภาพระดับ ๙๙.๙๙% หรือ H๑๔ ตามมาตรฐาน EN๑๘๒๒:๒๐๐๙ โดยแนบหลักฐานในวันเสนอราคา

ปรับปรุงใหม่

๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑.๒๔ ติดตั้งเครื่องกำจัดเชื้อโรคในอากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๒๔.๕ Hepa Filter ตัวเนื้อกรองทำมาจาก Eptfe โดยมี Hot Melt เป็นตัวคั่นระหว่าง Pleated กรอบทำมาจาก Aluminum ตัว Hepa Filter มีประสิทธิภาพมากกว่าหรือเท่ากับ ๙๙.๙๙๕% หรือ H๑๔ ตามมาตรฐาน EN๑๘๒๒:๒๐๐๙ โดยแนบหลักฐานในวันเสนอราคา

ข้อที่ ๒

จากเดิม

๓. อุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์

อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถพยาบาลที่มีใช้ทางการแพทย์

๓.๑๒ กระเป๋าพยาบาลชนิดสะพายพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบาดแผล

ข้อเสนอแนะ : เห็นควรตัดข้อนี้ออก เพราะไปซ้ำกับ หมวด (ข) ข้อ ๑.๑๒

ปรับปรุงใหม่

ตัดข้อ ๓.๑๒ กระเป๋าพยาบาลชนิดสะพายพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบาดแผล

ห้ามเลือด ตามกระดุก จำนวน ๑ ชุด

ข้อที่ ๓

จากเดิม

คำขอวิจารณ์ หมวด (ข) คุณสมบัติของครุภัณฑ์การแพทย์ และเงื่อนไขเฉพาะ

๑.๑๐.๑ เป็นฝือกแบบใช้ระบบสุญญากาศ โดยใช้วิธีการสูบลมออกเพื่อให้ฝือก
แข็งตัว

๑.๑๐.๒ มีสายรัด เพื่อรัดให้เกิดความกระชับกับอวัยวะผู้บาดเจ็บ สามารถถอดล้างทำ
ความ สะอาดได้

๑.๑๐.๓ ระบบมีวาล์วเปิด-ปิดอากาศเข้า-ออก

๑.๑๐.๔ แสดงสถานะสามารถผ่านได้ (Transparent)

๑.๑๐.๕ ในแต่ละชุด ประกอบด้วยฝือกขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่

๑.๑๐.๖ มีที่สูบลมทำจากวัสดุ Aluminum ไม่ชำรุดแตกง่าย และเป็นผลิตภัณฑ์จาก
ผู้ผลิตเดียวกับตัวฝือก

๑.๑๐.๗ ตัวฝือกขนาดเล็กมีลักษณะเป็นรูปตัว T เพื่อสะดวกเมื่อใช้สำหรับขอให้เข้า
รูปทรงตามข้อศอก หรือข้อเท้าหรือข้อมือภายในฝือกขนาดกลางและขนาดใหญ่แบ่ง
ภายในออกเป็นช่องตามยาวไม่น้อยกว่า ๓ ช่องเพื่อป้องกันเม็ดโฟมไหลมารวมกัน

ข้อเสนอแนะ : เห็นควรตัดข้อ ๑.๑๐.๗ ออกเพื่อเป็นการไม่ให้เกิดกัน ควรระบุให้เปิด
กว้าง เพื่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม สมควรพิมพ์รายละเอียดดังนี้

๑.๑๐.๑ เป็นฝือกแบบใช้ระบบสุญญากาศ โดยใช้วิธีการสูบลมออกเพื่อให้ฝือก
แข็งตัว

๑.๑๐.๒ มีสายรัด เพื่อรัดให้เกิดความกระชับกับอวัยวะผู้บาดเจ็บ สามารถถอดล้างทำ
ความ สะอาดได้

๑.๑๐.๓ ระบบมีวาล์วเปิด-ปิดอากาศเข้า-ออก

๑.๑๐.๔ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ (Transparent)

๑.๑๐.๕ ในแต่ละชุด ประกอบด้วยเฟือกขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่

๑.๑๐.๖ มีที่สุบลมเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกับตัวเฟือก

ปรับปรุงใหม่

๑.๑๐ ชุดเฟือกกลม (Vacuum splint set) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑๐.๑ เป็นเฟือกแบบใช้ระบบสุญญากาศ โดยใช้วิธีการรูดออกเพื่อให้เฟือกแข็งตัว

๑.๑๐.๒ มีสายรัด เพื่อรัดให้เกิดความกระชับกับอวัยวะผู้บาดเจ็บ สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

๑.๑๐.๓ ระบบมีวาล์วเปิด-ปิดอากาศเข้า-ออก

๑.๑๐.๔ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ (Transparent)

๑.๑๐.๕ ในแต่ละชุด ประกอบด้วยเฟือกขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่

๑.๑๐.๖ มีที่สุบลมทำจากวัสดุที่ไม่ชำรุดแตกง่าย และเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกับตัวเฟือก

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางคงขวัญ แก้วทิพย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรรณกาญจน์ เอื้อบำรุงเกียรติ)

นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติธัช เอี่ยมศรี)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ที่ นศ.๗๕๑๐๒/๗๕



องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
๘๐๑๓๐

๒๐

พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ตอบข้อวิจารณ์ร่างประกาศ TOR

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มณีดำลูกพี จำกัด

อ้างถึง ๑. ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หนังสือ บริษัท มณีดำลูกพี จำกัด เรื่อง ขอวิจารณ์ร่างประกาศ

ตามที่ บริษัท มณีดำลูกพี จำกัด ได้เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ โครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุฯ โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการตอบข้อวิจารณ์เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชยเชษฐ์ พลสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง

กองคลัง

โทร. ๐๗๕-๗๕๙๒๘๔



นตรา ศรีธธา อารยธรรม
นครศรีธรรมราช

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

เอกสารชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างประกาศคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลางประกวดราคาจัดซื้อจัดซื้อ
รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพังขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้ความสนใจในการเสนอแนะคำ
วิจารณ์และแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี
ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง อำเภออ่อน
พิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง ได้นำร่างเอกสารประกวดราคาฯ ประกาศ
ระหว่าง วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ โดยได้รับหนังสือจาก บริษัท มณีดำลูกพี่ จำกัด มี
ประเด็นการเสนอแนะคำวิจารณ์ และความเห็นของร่างขอบเขต ดังนี้

ข้อวิจารณ์ที่ ๑

ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ตกต่งรถพยาบาลในข้อ ๔ โดยมี
หนังสือยืนยันยื่นมาพร้อมใบเสนอราคา

ข้อวิจารณ์ที่ ๒

ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารยืนยันการสำรองอะไหล่จากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้จำหน่ายภายในประเทศ
ในการซ่อมบำรุงและ อุปกรณ์สิ้นเปลืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ของเครื่องมือแพทย์ตามรายการดังนี้ เติงเซ็นผู้ป่วย
เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เครื่องดูดเสมหะ เครื่องวัดความดันชนิดติดฝานั่งเครื่องช่วย หายใจอัตโนมัติ เครื่องกระตุก
หัวใจอัตโนมัติ (AED)

องค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีมติเห็นชอบปรับปรุงร่าง TOR ดังนี้

คำชี้แจงจากข้อวิจารณ์เสนอแนะ คณะกรรมการฯ ได้ทำการพิจารณาทบทวนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ดังกล่าว และขอชี้แจงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง มีมติเห็นชอบปรับปรุงร่าง TOR ดังนี้

ข้อที่ ๑

จากเดิม

ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ตกต่งรถพยาบาลใน
ข้อ ๔

ปรับปรุงใหม่

ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายใน
ประเทศไทยในข้อ ๔

โดยอ้างตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ
๑.๒.๓

ข้อที่ ๒

จากเดิม


ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารยืนยันการสำรองอะไหล่จากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้จำหน่ายภายในประเทศ ในการซ่อมบำรุงและ อุปกรณ์สิ้นเปลืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ของเครื่องมือแพทย์ตามรายการดังนี้ เตียงเซ็นผู้ป่วย แก้อั้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เครื่องดูดเสมหะ เครื่องวัดความดันชนิดเครื่องช่วย หายใจอัตโนมัติ เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED)

ปรับปรุงใหม่

ผู้เสนอราคาต้องสำรองอะไหล่เพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์สิ้นเปลืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ของเครื่องมือแพทย์ตามรายการดังนี้ เตียงเซ็นผู้ป่วย แก้อั้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เครื่องดูดเสมหะ เครื่องวัดความดันชนิดเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) โดยอ้างอิงตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๓ วรรคสอง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางคงขวัญ แก้วทิพย์)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวพรรณกาญจน์ เอื้อบำรุงเกียรติ)
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายกิตติธัช เอี่ยมศรี)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ